

# Ficha técnica

Termómetro Digital Impermeable  
con Número Individual y Certificado de Precisión  
Referencia 91000-069/CC-ca

## Especificaciones

- -50+70°C / -58+158°F
- Resolución : 0.1°
- **Precisión Garantizada EN13485** : ±0.5°C (-4+6°C)  
±1°F (+25+42°F) si no ±1°C/±2°F
- Alarma programable
- MÁX/MÍN
- INT/EXT
- Imán
- Cable 100 cm
- Con certificado de garantía de precisión
- 1 pila AAA
- En caja



## Modo de empleo

### PUESTA EN MARCHA

Coloque firmemente el soporte de la sonda con la cinta adhesiva dentro del refrigerador/congelador. Inserte la sonda en su soporte. Por imanes en la parte posterior, coloque el termómetro al exterior del aparato. Pulse [°C/°F] para seleccionar la unidad de temperatura.

### TEMPERATURA INTERIOR EXTERIOR

Pulse [ROOM/FRIDGE] para visualizar la temperatura ambiental o la del refrigerador/ congelador.

### FUNCIÓN MÁXIMA Y MÍNIMA

Pulse [MAX/MIN] para leer el valor máximo medido. Pulse otra vez para leer el valor mínimo y tercera vez para volver a la lectura normal. Pulse [MAX/MIN] 2 seg. para borrar la memoria.

### FUNCIÓN ALARMA

Pulse 2 segundos  $\Delta$  (**HI & FRIDGE** parpadeán). Pulse  $\uparrow$  para ajustar la alarma de temperatura máxima. Pulse  $\Delta$  otra vez (**LO & FRIDGE** parpadeán) y  $\uparrow$  para ajustar la alarma de temperatura mínima. Pulse una vez más  $\Delta$  para terminar el proceso. Si la lectura de la sonda del refrigerador está fuera de los límites definidos la alarma sonará cada minuto. Pulse  $\Delta$  para activar o desactivar la alarma.



*Poner sólo la sonda dentro del refrigerador o del congelador.  
No usar dentro de un horno o dentro de un microondas. No lavar en lavavajillas.  
Si la pantalla se vuelve oscura, instalar una pila nueva.*

Alla France

Z.I. du Bompas - 13, rue du Bompas - Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou - FRANCE  
Tél. + 33 (0)2 41 30 55 08 - Fax +33 (0)2 41 30 34 67

[www.allafrance.com](http://www.allafrance.com)

  
France